

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

(ООО «НПЦ «ПромЭнерго»)

Юридический адрес: 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д.34, ЭЗ, ПОМ. 1, КОМ. 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПЦ «ПРОМЭНЕРГО»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 143982, РОССИЯ, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, этаж 3: пом. 19 а, 38, 39, 45, этаж 1: пом.6; тел. (499) 948-23-48, info@planeteco.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ГА64, дата внесения в РАЛ 18.03.2016.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ООО «НПЦ «ПромЭнерго»

Н.Б. Мотовилова

« 11 » 03 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ А/258.2/02-001 от 11.03.2025

1. Заказчик: ООО «Обушково»

2. Юридический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11

3. Фактический адрес Заказчика: 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, ул. Героя Советского Союза Конюхова С.С. (ЖК Сампо Тер.), д. 1а, помещ. 11

4. Объект испытаний: вода питьевая

5. Наименование и адрес объекта отбора пробы (образца): ЖК «Сампо», Московская область, г.о. Истра, д. Красный посёлок, ЖК «Сампо»

6. Место отбора пробы (образца): из распределительной сети

7. Отбор пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 06.03.2025

8. Дата и время отбора пробы (образца): в соответствии с Актом отбора от 06.03.2025, 11:10-11:20

9. Дата начала и окончания испытаний: 06.03.2025 – 11.03.2025

10. Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НД на МВИ

11. Дополнительные сведения: -

12. Средства измерения:

№ п/п	Средства измерений	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Действительность до
1	2	3	4	5
1	Весы лабораторные ВЛ-224В	K151-020	С-ТТ/28-10-2024/382304943	27.10.2025
2	Иономер лабораторный И-160МИ	4964	С-ТТ/20-01-2025/403797366	19.01.2026
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9007515	С-ТТ/13-03-2024/323665075	12.03.2026
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9008416	С-ТТ/13-03-2024/323665072	12.03.2026
5	Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ-2АТ»	478	С-ДЦР/04-02-2025/407568007	03.02.2026

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерений	Результат*	Нормативные данные**	НД на МВИ
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	градус цветности	3,5	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	2,6	ГОСТ Р 57164, п.6
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	1,03	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Железо общее	мг/дм³	0,029	0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
5	Фториды	мг/дм³	0,98	1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
6	Кремнекислота в пересчете на кремний	мг/дм³	3,6	25	ПНД Ф 14.1:2:3:4.215-06
7	Марганец	мг/дм³	менее 0,01	0,1	ГОСТ 4974, метод А
8	Стронций	мг/дм³	0,17	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

*-Результат испытаний показателя представлен в виде среднего арифметического значения результатов двух параллельных определений.

**Нормативные данные приводятся по требованию заказчика. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


Значения погрешности результатов испытания приводятся по требованию Заказчика.

Результаты, изложенные в Протоколе испытаний, касаются только проб (образцов), подвергнутых испытанию.

Воспроизведение настоящего Протокола испытаний, как полностью, так и частично, без разрешения ИЛ ООО «НПЦ «ПромЭнерго» запрещено.

Ответственный за оформление протокола:

инженер-химик
должность


подпись

Т.Б. Марушко
ФИО

Конец Протокола испытаний № А/258.2/02-001 от 11.03.2025